Nitrile examination gloves, powder-free

Gants en nitrile pour examen médical, sans poudre

Absolute100

Thickness
Épaisseur
3.2 mil

Black
Noir

LATEX-FREE | SANS LATEX

- **Beaded cuff provides tight fitting around wrist and minimizes entry of liquids**
  Bord roulé, maintient le gant au poignet et empêche l'entrée de liquides
- **Ambidextrous** | Ambidextre
- **Each batch of gloves is air-tested to detect pinholes**
  Chaque lot de gants est testé afin de détecter la moindre perforation
- **Aurelia gloves conform and are tested to the highest international standards**
  Les gants Aurelia sont conformes et testés selon les normes internationales les plus élevées

AQL 1.5

100 per box / par boîte

10 x 100 per carton / par carton

DIMENSIONS

Code	Size Taille	Palm width Largeur de la paume (mm)	Length Longueur (mm)
9899A5	XS/TP	70 – 79	min. 240
9899A6	S/P	80 – 89	min. 240
9899A7	M/M	90 – 99	min. 240
9899A8	L/G	100 – 109	min. 240
9899A9	XL/TG	110 – 119	min. 240

THICKNESS | ÉPAISSEUR

Single wall Simple paroi (mm)	
Finger Doigt	min. 0.10
Palm Paume	min. 0.06
Cuff Bord	min. 0.05

PHYSICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Tensile strength Force au point d'arrêt (Mpa)		Elongation Élongation		Force at break Force à la rupture		Powder level Contenu résiduel de poudre
Unaged Non vieilli	**Aged** Vieilli	**Unaged** Non vieilli	**Aged** Vieilli	**Unaged** Non vieilli	**Aged** Vieilli	max. 2 mg per glove | par gant
min. 14	min. 14	min. 500 %	min. 400 %	min. 6 N	min. 6 N	

CERTIFICATIONS

- **Compliance standards: ASTM D6319**
  Comfomité à la norme ASTM D6319
- **Quality assurance ISO 9001 certified**
  Certification assurance de qualité ISO 9001
- **ISO 13485 certified**
  Certification ISO 13485
- **MDSAP ISO 13485 certified**
  Certification MDSAP ISO 13485

INSTRUCTION FOR USE

NON-STERILE. FOR SINGLE USE ONLY. Before putting on gloves hands must be clean and dry. Gloves do not replace the need for hand hygiene. Hands must be washed every time gloves are removed to avoid contamination. Gloves are for single use. Change gloves if moving from a contaminated area to a non-contaminated area. Be sure to wear gloves that fit properly, gloves should fit snugly around wrists and hands. Different sizes are available.

STORAGE

Store in a cool, dry place. Avoid excessive heat (40°C, 104°F). Shield open boxes from direct sun and fluorescent lighting. To order, please refer to a specific size and mention the product code.

INSTRUCTION POUR UTILISATION

NON STÉRILES. USAGE UNIQUE SEULEMENT. Avant de mettre des gants, les mains doivent être propres et sèches. Les gants ne remplacent pas le besoin d'hygiène des mains. Les mains doivent être lavées chaque fois que les gants sont retirés pour éviter toute contamination. Les gants sont à usage unique. Changer de gants si vous passer d'une zone contaminée à une zone non-contaminée. Assurez-vous de porter des gants bien ajustés. Les gants doivent être bien ajustés autour des poignets et des mains. Différentes tailles sont disponibles.

ENTREPOSAGE

Conserver dans un endroit frais et sec. Éviter la chaleur excessive (40°C, 104°F). Protéger les boîtes entamées contre l'exposition directe au soleil ou à l'éclairage fluorescent. Pour commander, veuillez spécifier la taille et le code du produit.

Supermax Healthcare Canada
1001, Jean-Talon, Saint-Bruno-de-Montarville, QC, Canada J3V 0N3

aureliaglovescanada.com • cservice@supermaxcanada.com • 1.866.428.9188